

ATA FINAL

Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
Fundo Municipal de Saúde de São Mateus
Dispensa Eletrônica - 000008/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Final de Propostas
17/11/2025 09:29	17/11/2025 09:30	24/11/2025 09:30

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
18/11/2025 - 09:44:09	LOTE 01	19/11/2025 - 13:15:05
Dúvida: No lote 01 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: CAPACIDADE: 2 consultórios, esse compressor de 50L não é suficiente para dois consultório ele só consegue suprir dois consultorio com bomba de Vácuo. Teria que ser compressor com o deposito de ar maior. O orgão aceita maior ou terá que ser esse modelo mesmo?		
Resposta: Prezados,		
Em relação ao questionamento apresentado, informamos que o modelo do compressor especificado será mantido, conforme as necessidades técnicas definidas pela área requisitante.		
Esclareceremos também que a bomba a vácuo é um dos itens a serem adquiridos no mesmo processo, garantindo assim o pleno funcionamento dos consultórios conforme previsto.		
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.		
Atenciosamente,		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação



0001	COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE: 2 CONSULTORIOS TECNOLOGIA: TOTALMENTE ISENTO DE OLEO. NAO NECESSITA LUBRIFICACAO. RESERVATORIO: CAPACIDADE DE 50 LITROS. COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTATICA). POSSUI ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPECOES. RESERVATORIO DE AR CERTIFICADO PELO INMETRO (SELO COMPULSORIO). MOTOR: COM 2,0 HP E DOIS CABECOTES. MAIOR REFRIGERACAO E COMPONENTES INTERNOS CONFECCIONADOS EM CERAMICA. POSSUI REDUZIDO ATRITO INTERNO, DIMINUINDO CONSIDERAVELMENTE O RUIDO E AUMENTANDO SEU RENDIMENTO E VIDA UTIL. SILENCIOSO: O MOTOR, DEVERA POSSUI REDUZIDO NIVEL DE RUIDO: 54 DB(A).DISPOSITIVOS DE SEGURANCA:PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VALVULA DE SEGURANCA. DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSAO. RELE TERMICO (PROTECTOR DE SOBRECARGA DE TENSAO). PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSAO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA. OUTRAS CARACTERISTICAS: DOIS MANOMETROS: UM PARA VERIFICAR A PRESSAO INTERNA DO RESERVATORIO E OUTRO PARA A PRESSAO DE SAIDA DE AR, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA (RETEM A UMIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATORIO) E REGULADOR DE PRESSAO DE SAIDA DO AR, REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE COM DENSADA NO RESERVATORIO DE ACESSO SUPERIOR E FACIL LOCALIZACAO. VENTOINHA DE REFRIGERACAO NO MOTOR. FILTRO DE ASPIRACAO (ENTRADA DE AR NO RESERVATORIO), MANGUEIRA DO MOTOR METALICA E FLEXIVEL. MAIOR SEGURANCA NA ESTANQUEIDADE DO AR E DE GRANDE VIDA UTIL. VALVULA DE ALIVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNCAO E A DESPRESSURIZACAO DOS CABECOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORCO. DIMENSOES APROX.: COMPRIMENTO: 54,2CM LARGURA: 33CM ALTURA: 60CM. PESO LIQUIDO: 30,5 KG. PESO BRUTO C/ EMBALAGEM: 37 KG. ALIMENTACAO: 127V OU 220V MONOFASICO. FLUXO DE AR (VAZAO EFETIVA): 220 L/MIN. (7,8 PC/MIN.). CAPACIDADE DO RESERVATORIO: 50 LITROS. NIVEL DE RUIDO: 54 DB(A)/1M. PRESSAO MAXIMA DE TR	6.833,33	1,00 UN	Aceito
0002	APARELHO DE ULTRASSOM ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO COM AS SEGUINTESS DIMENSOES: ALTURA: 24,0CM, COMPRIMENTO: 24,0CM, E LARGURA: 21,8CM. ALTURA COM RESERVATORIO DA BOMBA PERISTALTICA: 13,5CM, PESO LIQUIDO: 3,10 KG, PESO BRUTO C/ EMBALAGEM: 4,10 KG, VOLUME DOS RESERVATORIOS DA BOMBA PERISTALTICA: ANTISEPTICO: 350ML AGUA: 500ML, PRESSAO DE ENTRADA DE AR: 60 PSI A 80 PSI FREQUENCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ, ALIMENTACAO: BIVOLT 127V / 220V, FREQUENCIA: 50/60 HZ, FUSIVEL: 1A 127V / 220V, POTENCIA: 60 VA. CONSUMO: 0,45A.	3.797,76	1,00 UN	Aceito



0003	BOMBA A VACUO BOMBA A VACUO PARA USO ODONTOLOGICO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE ATENDIMENTO SIMULTANEO DE ATE 02 (DOIS) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS,CONSTRUIDA EM LIGA DE BRONZE/ALUMINIO, COM ALTA RESISTENCIA A CORROSAO, GARANTINDO DURABILIDADE E OPERACAO CONTINUA,COM ESTRUTURA METALICA COM PINTURA RESISTENTE, CANTOS ARREDONDADOS E ABAFADOR DE RUIDO ALTAMENTE EFICIENTE, ASSEGURANDO BAIXO NIVEL DE RUIDO DURANTE O FUNCIONAMENTO.DISPONE DE CHASSI METALICO ISOLADO DO MOTOR E SISTEMA ANTIVIBRACAO, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANCA OPERACIONAL.MOTOR ELETTRICO DE 1/2 HP, BIVOLT (127/220V), FREQUENCIA 50/60 Hz, ROTACAO APROXIMADA DE 3.500 RPM, COM PROTETOR TERMICO INTERNO (130°C) E EIXO EM ACO INOXIDAVEL,APRESENTA CONTATOR DE ALTO DESEMPENHOO, SISTEMA DE REFRIGERACAO EFICIENTE E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, PROPORCIONANDO FUNCIONAMENTO SILENCIOSO E DURADOURO,DESEMPENHOO: NIVEL DE VACUO: ATE 500 MMHG; VAZAO DE AR: ATE 220 L/MIN; CONSUMO DE AGUA: ATE 0,4 L/MIN (400 ML/MIN); DISTANCIA MAXIMA DE OPERACAO: ATE 10 METROS.EQUIPAMENTO DE SUCCAO DE ALTA POTENCIA, COM FILTRO DE ENTRADA REMOVIVEL E LAVAVEL, DE FACIL ACESSO E MANUTENCAO. POSSUI DUPLO SISTEMA DE FILTRAGEM DA ENTRADA DE AGUA, COMPOSTO POR FILTRO SINTERIZADO PARA MICROPARTICULAS E TELA, GARANTINDO MAIOR PROTECAO DO SISTEMA,INCLUI SISTEMA DE AJUSTE DO FLUXO DE AGUA EXTERNO E VALVULA SOLENOIDE PARA CONTROLE AUTOMATICO,ENTRADAS E SAIDAS PARA MANGUEIRAS DE 3/4,CAIXA ELETRICA INJETADA DE PROTECAO IP65 OU SUPERIOR, COM SISTEMA ELETTRICO ISOLADO DO MOTOR,PES NIVELADORES COM SISTEMA ANTIVIBRACAO (VIBRALESS), GARANTINDO ESTABILIDADE E REDUCAO DE RUIDOS,DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA: 40 CM; LARGURA: 30 CM; COMPRIMENTO: 40 CM; PESO APROX. 28 KG,ALIMENTACAO: BIVOLT, 50/60 Hz,NIVEL DE RUIDO: BAIXO RUIDO OPERACIONAL, ADEQUADO PARA INSTALACAO PRÓXIMA AOS CONSULTORIOS,GARANTIA: 12 (DOZE) MESES,	3.964,17	1,00 UN	Aceito
------	---	----------	---------	--------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/11/2025 - 09:28	DISPENSA ELETRÔNICA 008-25 aquisição de Equip. Odontológicos(assinado).pdf
17/11/2025 - 09:28	Publicação. Dio 17.11.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
24/11/2025 - 16:08:23	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 14:14:30	Documentos solicitados para o processo 000008/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 000008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 14:14:49	Documentos solicitados para o processo 000008/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 000008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 14:15:11	Documentos solicitados para o processo 000008/2025	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 000008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 14:43:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 000008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2025 - 15:21:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 000008/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



25/11/2025 - 15:34:04

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 000008/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	<p>COMPRESSOR ODONTOLOGICO</p> <p>CAPACIDADE: 2 consultorios</p> <p>TECNOLOGIA: Totalmente isento de oleo. Nao necessita lubrificacao.</p> <p>RESERVATORIO: Capacidade de 50 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostatica). Possui aberturas laterais, para futuras inspecoes. Reservatorio de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsorio).</p> <p>MOTOR: Com 2,0 HP e dois cabecotes. Maior refrigeracao e componentes internos confeccionados em ceramica. Possuir reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruido e aumentando seu rendimento e vida util.</p> <p>SILENCIOSO: O motor, devera possuir reduzido nivel de ruido: 54 dB(A).</p> <p>DISPOSITIVOS DE SEGURANCA: Pressostato com chave geral liga/desliga. Valvula de seguranca. Dispositivo de alivio do excesso de pressao. Rele termico (protector de sobrecarga de tensao). Protege o motor contra quedas ou picos de tensao desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva.</p> <p>OUTRAS CARACTERISTICAS: Dois manometros: um para verificar a pressao interna do reservatorio e outro para a pressao de saida de ar, filtro de ar com drenagem automatica (retem a umidade do ar no interior do reservatorio) e regulador de pressao de saida do ar, registro para drenagem da umidade com densada no reservatorio de acesso superior e facil localizacao. Ventoinha de refrigeracao no motor.</p> <p>Filtro de aspiracao (entrada de ar no reservatorio), mangueira do motor metalica e flexivel. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida util.</p> <p>Valvula de alivio (solenoides) cuja funcao e a despressurizacao dos cabecotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforco.</p> <p>Dimensoes: Aprox.: Comprimento: 54,2cm Largura: 33cm Altura: 60cm. Peso Liquido: 30,5 Kg. Peso Bruto c/ Embalagem: 37 Kg. Alimentacao: 127V ou 220V Monofasico. Fluxo de ar (vazao efetiva): 220 l/min. (7,8 pc/min.).</p> <p>Capacidade do reservatorio: 50 litros.</p> <p>Nivel de ruido: 54 dB(A)/1m. Pressao maxima de tr</p>	Comercial Vanguardeira Eireli ME	CMO-8/50BR	motomil	3.347,61	1,00	3.347,61
------	---	----------------------------------	------------	---------	----------	------	----------



0002	APARELHO DE ULTRASSOM Ultrassom E Jato De Bicarbonato com as seguintes dimensões: Altura: 24,0cm, comprimento: 24,0cm, e largura: 21,8cm. Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5cm, Peso Líquido: 3,10 Kg, Peso Bruto c/ Embalagem: 4,10 Kg, Volume dos reservatórios da bomba peristáltica: Antisséptico: 350ml Água: 500ml, Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI Frequência do ultrassom: 32.000 Hz, Alimentação: Bivolt 127V / 220V, Frequência: 50/60 Hz, Fusível: 1A 127V / 220V, Potência: 60 VA. Consumo: 0,45A.	DENTAL UNIVERSO EIRELI	PRIME PUMP	DENTEMED	2.639,00	1,00	2.639,00
------	---	---------------------------	------------	----------	----------	------	----------



0003	BOMBA A VACUO BOMBA A VACUO PARA USO ODONTOLOGICO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE de Atendimento simultaneo de ate 02 (dois) consultorios odontologicos.Construida em liga de bronze/aluminio, com alta resistencia a corrosao, garantindo durabilidade e operacao continua.Com estrutura metalica com pintura resistente, cantos arredondados e abafador de ruido altamente eficiente, assegurando baixo nivel de ruido durante o funcionamento.Dispoe de chassi metalico isolado do motor e sistema antivibracao, garantindo estabilidade e segurança operacional.Motor eletrico de 1/2 HP, bivolt (127/220V), frequencia 50/60 Hz, rotacao aproximada de 3.500 RPM, com protetor termico interno (130°C) e eixo em aco inoxidavel.Apresenta contator de alto desempenho, sistema de refrigeracao eficiente e baixo consumo de energia, proporcionando funcionamento silencioso e duradouro.DESEMPENHO: Nivel de vacuo: ate 500 mmHg; Vazao de ar: ate 220 L/min; Consumo de agua: ate 0,4 L/min (400 ml/min); Distancia maxima de operacao: ate 10 metros.Equipamento de succao de alta potencia, com filtro de entrada removivel e lavavel, de facil acesso e manutencao. Possui duplo sistema de filtragem da entrada de agua, composto por filtro sinterizado para micropartículas e tela, garantindo maior protecao do sistema.Inclui sistema de ajuste do fluxo de agua externo e valvula solenoid para controle automatico.Entradas e saidas para mangueiras de 3/4.Caixa eletrica injetada de protecao IP65 ou superior, com sistema eletrico isolado do motor.Pes niveladores com sistema antivibracao (vibraless), garantindo estabilidade e reducao de ruídos.DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 40 cm; Largura: 30 cm; Comprimento: 40 cm; Peso Aprox. 28 kg.ALIMENTAÇÃO: Bivolt, 50/60 Hz.NÍVEL DE RUIDO: Baixo ruido operacional, adequado para instalacao proxima aos consultorios.GARANTIA: 12 (doze) meses,	MUNDI EQUIPAMENTOS MD 700 BRONZE MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	GG	3.914,99	1,00	3.914,99
------	---	--	----	----------	------	----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE: 2 consultorios TECNOLOGIA: Totalmente isento de oleo. Nao necessita lubrificacao. RESERVATORIO: Capacidade de 50 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostatica). Possui aberturas laterais, para futuras inspecoes. Reservatorio de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsorio). MOTOR: Com 2,0 HP e dois cabecotes. Maior refrigeracao e componentes internos confeccionados em ceramica. Possuir reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruido e aumentando seu rendimento e vida util. SILENCIOSO: O motor, devera possuir reduzido nivel de ruido: 54 dB(A).DISPOSITIVOS DE SEGURANCA:Pressostato com chave geral liga/desliga. Valvula de segurança. Dispositivo de alivio do excesso de pressao. Rele termico (protetor de sobrecarga de tensao). Protege o motor contra quedas ou picos de tensao desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. OUTRAS CARACTERISTICAS: Dois manometros: um para verificar a pressao interna do reservatorio e outro para a pressao de saida de ar, filtro de ar com drenagem automatica (retem a umidade do ar no interior do reservatorio) e regulador de pressao de saida do ar, registro para drenagem da umidade com densada no reservatorio de acesso superior e facil localizacao. Ventoinha de refrigeracao no motor. Filtro de aspiracao (entrada de ar no reservatorio), mangueira do motor metalica e flexivel. Maior seguranca na estanqueidade do ar e de grande vida util. Valvula de alivio (solenoide) cuja funcao e a despressurizacao dos cabecotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforco. Dimensoes Aprox.: Comprimento: 54,2cm Largura: 33cm Altura: 60cm. Peso Liquido: 30,5 Kg. Peso Bruto c/ Embalagem: 37 Kg. Alimentacao: 127V ou 220V Monofasico. Fluxo de ar (vazao efetiva): 220 l/min. (7,8 pc/min.). Capacidade do reservatorio: 50 litros. Nivel de ruido: 54 dB(A)/1m. Pressao maxima de tr

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	18/11/2025 - 16:22:18	CMO 8/50BR	Motomil	R\$6.290,00	R\$ 6.290,00
53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	53.216.036/0001-73	19/11/2025 - 12:18:48	60 Litros	SUPREMAX	R\$6.833,00	R\$ 6.833,00
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	19/11/2025 - 16:44:49	SCHUSTER	S50 2HP	R\$6.800,00	R\$ 6.800,00
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	21/11/2025 - 10:48:45	50L	COMPBRASIL	R\$6.833,30	R\$ 6.833,30
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	21/11/2025 - 16:36:23			R\$6.833,33	R\$ 6.833,33
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	21/11/2025 - 17:37:07	PRIME AIR 50	DENTEMED	R\$6.449,59	R\$ 6.449,59
MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	40.619.602/0001-46	23/11/2025 - 22:47:07	S45 Schuster	SCHUSTER	R\$6.833,25	R\$ 6.833,25
Comercial Vanguardeira Eireli ME	10.942.831/0001-36	24/11/2025 - 08:57:27	CMO-8/50BR	motomil	R\$6.833,33	R\$ 6.833,33
ULTRAMARCA INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	61.869.262/0001-81	24/11/2025 - 08:05:33	CBR 2HP 50 LITROS	CBR 2HP 50 LITROS	R\$3.349,17	R\$ 3.349,17
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	24/11/2025 - 08:07:15	d700/compressor 65 litros + trifiltro co	d700/compressor 65 litros + trifiltro co	R\$6.833,33	R\$ 6.833,33

0002 - APARELHO DE ULTRASSOM Ultrassom E Jato De Bicarbonato com as seguintes dimensoes: Altura: 24,0cm, comprimento: 24,0cm, e largura: 21,8cm. Altura com reservatorio da bomba peristaltica: 13,5cm, Peso Liquido: 3,10 Kg, Peso Bruto c/ Embalagem: 4,10 Kg, Volume dos reservatorios da bomba peristaltica: Antisseptico: 350ml Agua: 500ml, Pressao de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI Frequencia do ultrassom: 32.000 Hz, Alimentacao: Bivolt 127V / 220V, Frequencia: 50/60 Hz, Fusivel: 1A 127V / 220V, Potencia: 60 VA. Consumo: 0,45A.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	18/11/2025 - 16:23:26	Ultrassom e Jato com bomba	Ecel	R\$3.720,00	R\$ 3.720,00
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	21/11/2025 - 10:48:32	SCALERJET	KONDENTECH	R\$3.797,76	R\$ 3.797,76



PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	21/11/2025 - 16:36:43	.	.	R\$3.797,76	R\$ 3.797,76
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	21/11/2025 - 17:37:07	PRIME PUMP	DENTEMED	R\$3.621,80	R\$ 3.621,80
J.S.A COMERCIO LTDA	54.361.487/0001-67	23/11/2025 - 11:52:47	Prime Ecel	Prime Ecel	R\$3.797,76	R\$ 3.797,76
MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	40.619.602/0001-46	23/11/2025 - 22:49:14	Sonic Laxis BP LED	SCHUSTER	R\$3.797,50	R\$ 3.797,50
ULTRAMARCA INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	61.869.262/0001-81	24/11/2025 - 08:05:44	SCALER JET PUMP	SCALER JET PUMP	R\$3.349,17	R\$ 3.349,17
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	24/11/2025 - 08:07:38	saevo/sonic duo	saevo/sonic duo	R\$3.797,76	R\$ 3.797,76

0003 - BOMBA A VACUO BOMBA A VACUO PARA USO ODONTOLOGICO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE de Atendimento simultaneo de ate 02 (dois) consultorios odontologicos. Construida em liga de bronze/aluminio, com alta resistencia a corrosao, garantindo durabilidade e operacao continua. Com estrutura metalica com pintura resistente, cantos arredondados e abafador de ruido altamente eficiente, assegurando baixo nivel de ruido durante o funcionamento. Dispoe de chassi metalico isolado do motor e sistema antivibracao, garantindo estabilidade e segurança operacional. Motor eletrico de 1/2 HP, bivolt (127/220V), frequencia 50/60 Hz, rotacao aproximada de 3.500 RPM, com protetor termico interno (130°C) e eixo em aco inoxidavel. Apresenta contador de alto desempenho, sistema de refrigeracao eficiente e baixo consumo de energia, proporcionando funcionamento silencioso e duradouro. **DESEMPEÑO:** Nivel de vacuo: ate 500 mmHg; Vazao de ar: ate 220 L/min; Consumo de agua: ate 0,4 L/min (400 ml/min); Distancia maxima de operacao: ate 10 metros. Equipamento de succao de alta potencia, com filtro de entrada removivel e lavavel, de facil acesso e manutencao. Possui duplo sistema de filtragem da entrada de agua, composto por filtro sinterizado para microparticulas e tela, garantindo maior protecao do sistema. Inclui sistema de ajuste do fluxo de agua externo e valvula solenoide para controle automatico. Entradas e saidas para mangueiras de 3/4. Caixa eletrica injetada de protecao IP65 ou superior, com sistema eletrico isolado do motor. Pes niveladores com sistema antivibracao (vibraless), garantindo estabilidade e reducao de ruidos. **DIMENSOES APROXIMADAS:** Altura: 40 cm; Largura: 30 cm; Comprimento: 40 cm; Peso Aprox. 28 kg. **ALIMENTACAO:** Bivolt, 50/60 Hz. **NIVEL DE RUIDO:** Baixo ruido operacional, adequado para instalacao proxima aos consultorios. **GARANTIA:** 12 (doze) meses,

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	18/11/2025 - 16:26:45	MD600	G&G	R\$3.920,00	R\$ 3.920,00
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	21/11/2025 - 10:49:12	MD600	GG	R\$3.964,17	R\$ 3.964,17
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	21/11/2025 - 16:36:58	.	.	R\$3.964,17	R\$ 3.964,17
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	20.371.330/0001-09	21/11/2025 - 19:20:32	MD 700 BRONZE	GG	R\$3.964,17	R\$ 3.964,17
MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	40.619.602/0001-46	23/11/2025 - 22:58:34	Vácuo Bio Vac II	GNATUS	R\$3.964,17	R\$ 3.964,17
ULTRAMARCA INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	61.869.262/0001-81	24/11/2025 - 08:06:54	ULTRAPUMP	ULTRAPUMP	R\$3.964,17	R\$ 3.964,17
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	24/11/2025 - 08:08:06	saevo/BOMBA VACUO 1 HP 127/220V	saevo/BOMBA VACUO 1 HP 127/220V	R\$3.964,17	R\$ 3.964,17

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Comercial Vanguardeira Eireli ME	10.942.831/0001-36	90 dias
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	20.371.330/0001-09	60 dias
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	90 dias
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	90 dias
PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	11.619.992/0001-56	120 dias
MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10.460.674/0001-22	90 dias
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	33.246.555/0001-77	90 dias
MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	40.619.602/0001-46	90 dias
53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	53.216.036/0001-73	90 dias
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	90 dias
J.S.A COMERCIO LTDA	54.361.487/0001-67	60 dias
ULTRAMARCA INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	61.869.262/0001-81	90 dias

Propostas Desfeitas pelo Fornecedor

0001 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE: 2 consultorios
TECNOLOGIA: Totalmente isento de oleo. Nao necessita lubrificacao.



RESERVATORIO: Capacidade de 50 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostatica). Possui aberturas laterais, para futuras inspecoes. Reservatorio de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsorio). **MOTOR:** Com 2,0 HP e dois cabecotes. Maior refrigeracao e componentes internos confeccionados em ceramica. Possuir reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruido e aumentando seu rendimento e vida util. **SILENCIOSO:** O motor, devera possuir reduzido nivel de ruido: 54 dB(A). **DISPOSITIVOS DE SEGURANCA:** Pressostato com chave geral liga/desliga. Valvula de segurança. Dispositivo de alivio do excesso de pressao. Rele termico (protetor de sobrecarga de tensao). Protege o motor contra quedas ou picos de tensao desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. **OUTRAS CARACTERISTICAS:** Dois manometros: um para verificar a pressao interna do reservatorio e outro para a pressao de saida de ar, filtro de ar com drenagem automatica (retem a umidade do ar no interior do reservatorio) e regulador de pressao de saida do ar, registro para drenagem da umidade com densada no reservatorio de acesso superior e facil localizacao. Ventoinha de refrigeracao no motor. Filtro de aspiracao (entrada de ar no reservatorio), mangueira do motor metalica e flexivel. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida util. Valvula de alivio (solenoides) cuja funcao e a despressurizacao dos cabecotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforco. **Dimensoes Aprox.:** Comprimento: 54,2cm Largura: 33cm Altura: 60cm. Peso Liquido: 30,5 Kg. Peso Bruto c/ Embalagem: 37 Kg. Alimentacao: 127V ou 220V Monofasico. Fluxo de ar (vazao efetiva): 220 l/min. (7,8 pc/min.). Capacidade do reservatorio: 50 litros. Nivel de ruido: 54 dB(A)/1m. Pressao maxima de tr

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data
Comercial Vanguardeira Eireli ME	10.942.831/0001-36	06/11/2025 - 08:12

Lances Enviados

0001 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE: 2 consultorios TECNOLOGIA: Totalmente isento de oleo. Nao necessita lubrificacao. **RESERVATORIO:** Capacidade de 50 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostatica). Possui aberturas laterais, para futuras inspecoes. Reservatorio de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsorio). **MOTOR:** Com 2,0 HP e dois cabecotes. Maior refrigeracao e componentes internos confeccionados em ceramica. Possuir reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruido e aumentando seu rendimento e vida util. **SILENCIOSO:** O motor, devera possuir reduzido nivel de ruido: 54 dB(A). **DISPOSITIVOS DE SEGURANCA:** Pressostato com chave geral liga/desliga. Valvula de segurança. Dispositivo de alivio do excesso de pressao. Rele termico (protetor de sobrecarga de tensao). Protege o motor contra quedas ou picos de tensao desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. **OUTRAS CARACTERISTICAS:** Dois manometros: um para verificar a pressao interna do reservatorio e outro para a pressao de saida de ar, filtro de ar com drenagem automatica (retem a umidade do ar no interior do reservatorio) e regulador de pressao de saida do ar, registro para drenagem da umidade com densada no reservatorio de acesso superior e facil localizacao. Ventoinha de refrigeracao no motor. Filtro de aspiracao (entrada de ar no reservatorio), mangueira do motor metalica e flexivel. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida util. Valvula de alivio (solenoides) cuja funcao e a despressurizacao dos cabecotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforco. **Dimensoes Aprox.:** Comprimento: 54,2cm Largura: 33cm Altura: 60cm. Peso Liquido: 30,5 Kg. Peso Bruto c/ Embalagem: 37 Kg. Alimentacao: 127V ou 220V Monofasico. Fluxo de ar (vazao efetiva): 220 l/min. (7,8 pc/min.). Capacidade do reservatorio: 50 litros. Nivel de ruido: 54 dB(A)/1m. Pressao maxima de tr

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/11/2025 - 16:22:18	6.290,00 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
19/11/2025 - 12:18:48	6.833,00 (proposta)	53.216.036/0001-73 - 53.216.036 LUIZ ANTONIO DA SILVA FELICIO	Válido
19/11/2025 - 16:44:49	6.800,00 (proposta)	24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido



21/11/2025 - 10:48:45	6.833,30 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - A empresa está desclassificada, viso que não apresentou a proposta e documentação prevista em edital, no tempo previsto. 25/11/2025 14:12:20
21/11/2025 - 16:36:23	6.833,33 (proposta)	11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	Válido
21/11/2025 - 17:37:07	6.449,59 (proposta)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
23/11/2025 - 22:47:07	6.833,25 (proposta)	40.619.602/0001-46 - MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
24/11/2025 - 08:05:33	3.349,17 (proposta)	61.869.262/0001-81 - ULTRAMARCA INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	Válido
24/11/2025 - 08:07:15	6.833,33 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
24/11/2025 - 08:57:27	6.833,33 (proposta)	10.942.831/0001-36 - Comercial Vanguardeira Eireli ME	Válido
24/11/2025 - 09:32:27	2.310,00	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - A empresa está desclassificada, viso que não apresentou a proposta e documentação prevista em edital, no tempo previsto. 25/11/2025 14:12:20
24/11/2025 - 09:38:24	6.750,00	24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Válido
24/11/2025 - 09:38:44	3.347,61	10.942.831/0001-36 - Comercial Vanguardeira Eireli ME	Válido
24/11/2025 - 09:44:19	4.699,45	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
24/11/2025 - 15:51:45	6.749,00	40.619.602/0001-46 - MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido

0002 - APARELHO DE ULTRASSOM Ultrassom E Jato De Bicarbonato com as seguintes dimensoes: Altura: 24,0cm, comprimento: 24,0cm, e largura: 21,8cm. Altura com reservatorio da bomba peristaltica: 13,5cm, Peso Liquido: 3,10 Kg, Peso Bruto c/ Embalagem: 4,10 Kg, Volume dos reservatorios da bomba peristaltica: Antisseptico: 350ml Agua: 500ml, Pressao de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI Frequencia do ultrassom: 32.000 Hz, Alimentacao: Bivolt 127V / 220V, Frequencia: 50/60 Hz, Fusivel: 1A 127V / 220V, Potencia: 60 VA. Consumo: 0,45A.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/11/2025 - 16:23:26	3.720,00 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
21/11/2025 - 10:48:32	3.797,76 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - A empresa está desclassificada, viso que não apresentou a proposta e documentação prevista em edital, no tempo previsto. 25/11/2025 14:12:29
21/11/2025 - 16:36:43	3.797,76 (proposta)	11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	Válido
21/11/2025 - 17:37:07	3.621,80 (proposta)	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
23/11/2025 - 11:52:47	3.797,76 (proposta)	54.361.487/0001-67 - J.S.A COMERCIO LTDA	Válido
23/11/2025 - 22:49:14	3.797,50 (proposta)	40.619.602/0001-46 - MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
24/11/2025 - 08:05:44	3.349,17 (proposta)	61.869.262/0001-81 - ULTRAMARCA INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	Válido
24/11/2025 - 08:07:38	3.797,76 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
24/11/2025 - 09:32:36	1.960,00	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - A empresa está desclassificada, viso que não apresentou a proposta e documentação prevista em edital, no tempo previsto. 25/11/2025 14:12:29
24/11/2025 - 09:44:50	2.639,00	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	Válido
24/11/2025 - 14:24:29	3.187,50	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
24/11/2025 - 15:52:05	3.348,00	40.619.602/0001-46 - MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
24/11/2025 - 15:58:05	3.719,99	54.361.487/0001-67 - J.S.A COMERCIO LTDA	Válido

0003 - BOMBA A VACUO BOMBA A VACUO PARA USO ODONTOLOGICO, COM AS SEGUINTEIS CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE de Atendimento simultaneo de ate 02 (dois) consultorios odontologicos. Construida em liga de bronze/aluminio, com alta resistencia a corrosao, garantindo durabilidade e operacao continua. Com estrutura metalica com pintura resistente, cantos arredondados e abafador de ruido altamente eficiente, assegurando baixo nivel de ruido durante o funcionamento. Dispoe de chassi metalico isolado do motor e sistema antivibracao, garantindo estabilidade e segurança operacional. Motor eletrico de 1/2 HP, bivolt (127/220V), frequencia 50/60 Hz, rotacao aproximada de 3.500 RPM, com protetor termico interno (130°C) e eixo em aco inoxidavel. Apresenta contator de alto desempenho, sistema de refrigeracao eficiente e baixo consumo de energia, proporcionando funcionamento silencioso e duradouro. DESEMPEÑHO: Nivel de vacuo: ate 500



mmHg; Vazao de ar: ate 220 L/min; Consumo de agua: ate 0,4 L/min (400 ml/min); Distancia maxima de operacao: ate 10 metros.Equipamento de succao de alta potencia, com filtro de entrada removivel e lavavel, de facil acesso e manutencao. Possui duplo sistema de filtragem da entrada de agua, composto por filtro sinterizado para microparticulas e tela, garantindo maior protecao do sistema.Inclui sistema de ajuste do fluxo de agua externo e valvula solenoide para controle automatico.Entradas e saidas para mangueiras de 3/4.Caixa eletrica injetada de protecao IP65 ou superior, com sistema eletrico isolado do motor.Pes niveladores com sistema antivibracao (vibraless), garantindo estabilidade e reducao de ruidos.DIMENSOES APROXIMADAS: Altura: 40 cm; Largura: 30 cm; Comprimento: 40 cm; Peso Aprox. 28 kg.ALIMENTACAO: Bivolt, 50/60 Hz.NIVEL DE RUIDO: Baixo ruido operacional, adequado para instalacao proxima aos consultorios.GARANTIA: 12 (doze) meses,

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/11/2025 - 16:26:45	3.920,00 (proposta)	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
21/11/2025 - 10:49:12	3.964,17 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - A empresa está desclassificada, viso que não apresentou a proposta e documentação prevista em edital, no tempo previsto. 25/11/2025 14:12:40
21/11/2025 - 16:36:58	3.964,17 (proposta)	11.619.992/0001-56 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	Válido
21/11/2025 - 19:20:32	3.964,17 (proposta)	20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	Válido
23/11/2025 - 22:58:34	3.964,17 (proposta)	40.619.602/0001-46 - MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
24/11/2025 - 08:06:54	3.964,17 (proposta)	61.869.262/0001-81 - ULTRAMARCA INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	Válido
24/11/2025 - 08:08:06	3.964,17 (proposta)	33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	Válido
24/11/2025 - 09:32:45	3.220,00	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - A empresa está desclassificada, viso que não apresentou a proposta e documentação prevista em edital, no tempo previsto. 25/11/2025 14:12:40
24/11/2025 - 13:34:43	3.919,99	20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	Válido
24/11/2025 - 14:25:06	3.919,00	10.460.674/0001-22 - MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
24/11/2025 - 15:52:34	3.915,00	40.619.602/0001-46 - MB COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES LTDA	Válido
24/11/2025 - 15:55:42	3.914,99	20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	25/11/2025 - 14:43:09	10.942.831/0001-36 - Comercial Vanguardeira Eireli ME	82025 - Fundo Municipal de Saúde de São Mateus.zip
0002	25/11/2025 - 15:21:37	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	51429_CATALOGO(2).zip
0002	25/11/2025 - 15:21:37	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	51429_RMS.zip
0002	25/11/2025 - 15:21:37	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	DECLARACOES.pdf
0002	25/11/2025 - 15:21:37	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	HABILITACAO.zip
0002	25/11/2025 - 15:21:37	26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO EIRELI	PROPOSTA SAO MATEUS.pdf
0003	25/11/2025 - 15:34:04	20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	DOCUMENTO HABILITACAO.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe



25/11/2025 - 14:12:20	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	<p>Item 0001 - COMPRESSOR ODONTOLOGICO CAPACIDADE: 2 consultorios TECNOLOGIA: Totalmente isento de oleo. Nao necessita lubrificacao. RESERVATORIO: Capacidade de 50 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostatica). Possui aberturas laterais, para futuras inspecoes. Reservatorio de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsorio). MOTOR: Com 2,0 HP e dois cabecotes. Maior refrigeracao e componentes internos confeccionados em ceramica. Possuir reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruído e aumentando seu rendimento e vida util. SILENCIOSO: O motor, deverá possuir reduzido nível de ruído: 54 dB(A).DISPOSITIVOS DE SEGURANCA:Pressostato com chave geral liga/desliga. Valvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão. Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. OUTRAS CARACTERISTICAS: Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar, filtro de ar com drenagem automática (retenha a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar, registro para drenagem da umidade com densada no reservatório de acesso superior e fácil localização. Ventoinha de refrigeração no motor. Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório), mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. Valvula de alívio (solenóide) cuja função é a depressurização dos cabecotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Dimensões Aprox.: Comprimento: 54,2cm Largura: 33cm Altura: 60cm. Peso Líquido: 30,5 Kg. Peso Bruto c/ Embalagem: 37 Kg. Alimentação: 127V ou 220V Monofásico. Fluxo de ar (vazão efetiva): 220 l/min. (7,8 pc/min.). Capacidade do reservatório: 50 litros. Nível de ruído: 54 dB(A)/1m. Pressão máxima de tr</p>
Desclassificação: A empresa está desclassificada, viso que não apresentou a proposta e documentação prevista em edital, no tempo previsto.			
25/11/2025 - 14:12:29	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	<p>Item 0002 - APARELHO DE ULTRASSOM Ultrassom E Jato De Bicarbonato com as seguintes dimensões: Altura: 24,0cm, comprimento: 24,0cm, e largura: 21,8cm. Altura com reservatório da bomba peristáltica: 13,5cm, Peso Líquido: 3,10 Kg, Peso Bruto c/ Embalagem: 4,10 Kg. Volume dos reservatórios da bomba peristáltica: Antisséptico: 350ml Água: 500ml, Pressão de entrada de ar: 60 PSI a 80 PSI Frequência do ultrassom: 32.000 Hz, Alimentação: Bivolt 127V / 220V, Frequência: 50/60 Hz, Fusível: 1A 127V / 220V, Potência: 60 VA. Consumo: 0,45A.</p>
Desclassificação: A empresa está desclassificada, viso que não apresentou a proposta e documentação prevista em edital, no tempo previsto.			
25/11/2025 - 14:12:40	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	<p>Item 0003 - BOMBA A VACUO BOMBA A VACUO PARA USO ODONTOLOGICO, COM AS SEGUINTEIS CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE DE Atendimento simultaneo de ate 02 (dois) consultorios odontologicos.Construida em liga de bronze/aluminio, com alta resistencia a corrosao, garantindo durabilidade e operacao continua.Com estrutura metalica com pintura resistente, cantos arredondados e abafador de ruído altamente eficiente, assegurando baixo nível de ruído durante o funcionamento.Dispõe de chassi metalico isolado do motor e sistema antivibracao, garantindo estabilidade e segurança operacional.Motor eletrico de 1/2 HP, bivolt (127/220V), frequencia 50/60 Hz, rotacao aproximada de 3.500 RPM, com protetor termico interno (130°C) e eixo em aço inoxidavel.Apresenta contador de alto desempenho, sistema de refrigeração eficiente e baixo consumo de energia, proporcionando funcionamento silencioso e duradouro.DESEMENHO: Nivel de vacuo: ate 500 mmHg; Vazao de ar: ate 220 L/min; Consumo de agua: ate 0,4 L/min (400 ml/min); Distancia maxima de operacao: ate 10 metros.Equipamento de succao de alta potencia, com filtro de entrada removivel e lavavel, de facil acesso e manutencao. Possui duplo sistema de filtragem da entrada de agua, composto por filtro sintetizado para micropartículas e tela, garantindo maior protecao do sistema.Inclui sistema de ajuste do fluxo de agua externo e valvula solenóide para controle automatico.Entradas e saidas para mangueiras de 3/4.Caixa eletrica injetada de protecao IP65 ou superior, com sistema eletrico isolado do motor.Pes niveladores com sistema antivibracao (vibrainless), garantindo estabilidade e reducao de ruidos.DIMENSÕES APROXIMADAS: Altura: 40 cm; Largura: 30 cm; Comprimento: 40 cm; Peso Aprox. 28 kg.ALIMENTAÇÃO: Bivolt, 50/60 Hz.NIVEL DE RUIDO: Baixo ruído operacional, adequado para instalacao proxima aos consultorios.GARANTIA: 12 (doze) meses,</p>
Desclassificação: A empresa está desclassificada, viso que não apresentou a proposta e documentação prevista em edital, no tempo previsto.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
24/11/2025 - 09:31:02	Sistema	O processo foi aberto
24/11/2025 - 09:31:56	Operador de Compra Direta	Bom dia Senhores licitantes está aberto o certame para a fase de lance. Solicito que sejam realizados os lances objetivando a melhor proposta de atendimento a demanda para a municipalidade.
24/11/2025 - 16:00:02	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
24/11/2025 - 16:00:02	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
24/11/2025 - 16:00:02	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
24/11/2025 - 16:04:22	Sistema	O item 0001 teve como arrematante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 2.310,00.
24/11/2025 - 16:04:22	Sistema	O item 0002 teve como arrematante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.960,00.
24/11/2025 - 16:04:22	Sistema	O item 0003 teve como arrematante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 3.220,00.
24/11/2025 - 16:08:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 16:08:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 25/11/2025.
24/11/2025 - 16:08:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 25/11/2025.

Página 13 de 14



24/11/2025 - 16:08:23	Sistema	Motivo: Tendo em vista que a empresa é arrematante, solicito que seja enviada a proposta readequada, documentação prevista em edital. Solicito ainda catálogo dos produtos.
25/11/2025 - 14:12:20	Sistema	O fornecedor C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo operador de compra direta.
25/11/2025 - 14:12:20	Sistema	Motivo: A empresa está desclassificada, visto que não apresentou a proposta e documentação prevista em edital, no tempo previsto.
25/11/2025 - 14:12:20	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Comercial Vanguardeira Eireli ME com lance de R\$ 3.347,61.
25/11/2025 - 14:12:29	Sistema	O fornecedor C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo operador de compra direta.
25/11/2025 - 14:12:29	Sistema	Motivo: A empresa está desclassificada, visto que não apresentou a proposta e documentação prevista em edital, no tempo previsto.
25/11/2025 - 14:12:29	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante DENTAL UNIVERSO EIRELI com lance de R\$ 2.639,00.
25/11/2025 - 14:12:40	Sistema	O fornecedor C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo operador de compra direta.
25/11/2025 - 14:12:40	Sistema	Motivo: A empresa está desclassificada, visto que não apresentou a proposta e documentação prevista em edital, no tempo previsto.
25/11/2025 - 14:12:40	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI com lance de R\$ 3.914,99.
25/11/2025 - 14:14:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 14:14:30	Sistema	Motivo: Tendo em vista que a empresa é arrematante, solicito que seja enviada a proposta readequada, documentação prevista em edital. Solicito ainda catálogo dos produtos.
25/11/2025 - 14:14:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 14:14:51	Sistema	Motivo: Tendo em vista que a empresa é arrematante, solicito que seja enviada a proposta readequada, documentação prevista em edital. Solicito ainda catálogo dos produtos.
25/11/2025 - 14:15:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 17:20 do dia 25/11/2025.
25/11/2025 - 14:15:11	Sistema	Motivo: Tendo em vista que a empresa é arrematante, solicito que seja enviada a proposta readequada, documentação prevista em edital. Solicito ainda catálogo dos produtos.
25/11/2025 - 14:43:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 15:21:37	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
25/11/2025 - 15:34:04	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
26/11/2025 - 16:55:26	Operador de Compra Direta	Informo que enviamos a proposta e catálogo ao setor da secretaria requisitante para análise técnica.
04/12/2025 - 08:46:29	Operador de Compra Direta	Informo que a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou relatório de análise aprovando todos os equipamentos, atestando que os mesmos atendem as especificações do termo de referência.
04/12/2025 - 08:47:43	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Comercial Vanguardeira Eireli ME.
04/12/2025 - 08:47:49	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DENTAL UNIVERSO EIRELI.
04/12/2025 - 08:47:55	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI.
04/12/2025 - 08:47:57	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

RENATA ZANETE

Operador de Compra Direta

GABRIELLA OLIVEIRA BONOMO

Apoio

Josilayne Grigório de Azeredo

Apoio

Leonila Ramos dos Santos Barros Borges

Apoio

Página 14 de 14

